

BỘ QUỐC PHÒNG
BỆNH VIỆN TWQĐ 108

Số: 1256/CV-BV
V/v mời chào giá thiết bị y tế, dịch vụ liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế

Bệnh viện TWQĐ 108 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp một số thiết bị y tế và dịch vụ liên quan với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin và cách thức tiếp nhận báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ban Văn thư/Bệnh viện TWQĐ 108.

- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà chỉ huy cơ quan, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài bản giấy nhận trực tiếp theo địa chỉ nêu trên, Nhà thầu gửi qua email: quanlydauthau@benhvien108.vn.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h ngày 15 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **150 ngày**, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá và thông tin đáp ứng kỹ thuật

- Danh mục thiết bị y tế Bệnh viện yêu cầu báo giá cụ thể như **Phụ lục 01 “Danh mục thiết bị y tế cần thu thập báo giá”** đính kèm. Nhà cung cấp xem xét danh mục, số lượng và thực hiện báo giá cho một hoặc một số thiết bị thuộc phạm vi cung cấp.

- Mẫu chào giá được quy định tại **Phụ lục 03 “Mẫu báo giá thiết bị y tế và dịch vụ liên quan”**. Đề nghị nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, trường hợp báo giá điền thiếu thông tin theo quy định được coi là không hợp lệ.

- Báo giá phải đính kèm bản cầu hình chi tiết và tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị, các điều kiện về vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, đào tạo...và các yếu tố khác cấu thành giá của thiết bị.

- Nhà cung cấp **lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật** dựa trên cơ sở cầu hình, tính năng và thông số kỹ thuật đã được Bệnh viện đề xuất của từng thiết bị tại **Phụ lục 02 “Thông số kỹ thuật”**. Bản chào đáp ứng kỹ thuật phải có đầy đủ các thông tin tài liệu trích dẫn hoặc cam kết đáp ứng.

- Trong trường hợp có một hoặc một số chỉ tiêu kỹ thuật mà thiết bị chào giá không đáp ứng theo cầu hình đề xuất thì nhà cung cấp ghi rõ “Không đáp ứng”. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn, hiệu quả khám và điều trị tại Bệnh viện thì vẫn được xem xét, chấp nhận.

- Bệnh viện khuyến khích nhà cung cấp gửi báo giá kèm kết quả đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện cho các thiết bị trong danh mục chào giá hoặc thiết bị tương tự, cùng chủng loại và phân khúc giá

2. Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và thử nghiệm

- Đơn vị chịu mọi trách nhiệm về cung cấp, vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, đo kiểm và thử nghiệm thiết bị cho tới khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Trong trường hợp thiết bị lắp đặt có các yêu cầu phức tạp về cơ sở hạ tầng, vị trí và không gian vận chuyển lắp đặt, đơn vị được phép liên hệ khảo sát vị trí dự kiến lắp đặt, cơ sở hạng tầng liên quan trước khi thực hiện chào giá

3. Thời gian thực hiện gói thầu:

- Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: tối đa 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Chi tiết thời gian thực hiện gói thầu cho từng thiết bị, gói thầu sẽ được nêu cụ thể trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và đào tạo

- Thời gian bảo hành, yêu cầu khác về bảo hành, bảo trì và đào tạo hướng dẫn sử dụng cho từng thiết bị được nêu trong mục “**Yêu cầu khác**” tại **Phụ lục 02**.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không tạm ứng.

- Thanh toán: bằng số lượng thực tế nhà thầu đã thực hiện nhân với đơn giá cố định trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng. Điều kiện tạm ứng, thanh toán theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

6. Các thông tin khác.

- Bệnh viện đề nghị các nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu tại các phụ lục đính kèm thông báo này.
- Nhà cung cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu hoặc thông tin không chính xác về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của thiết bị đều được xem là không hợp lệ.
- Các đơn vị nộp kèm Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hàng sản xuất, Nhà cung cấp thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHQS để đăng Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, C10; M03b.

GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Lê Hữu Song

Phụ lục 1: Danh mục các thiết bị cần báo giá
*(Kèm theo thư mời số 1256/TB-BV ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện
TWQĐ 108)*

STT	Tên hàng hoá	ĐVT	Số lượng
1	Giường nâng hạ điều khiển điện	Cái	2
2	Cáng vận chuyển bệnh nhân	Cái	1
3	Tủ thuốc cấp cứu di động	Cái	8
4	Xe tiêm 3 tầng	Cái	20
5	Hệ thống RO di động dùng cho lọc thận	Hệ thống	01
6	Bộ điều khiển PLC cho hệ thống lọc RO	Bộ	1
7	Lõi lọc 3 cấp	Bộ	6
8	Van điều khiển tự động	Cái	1
9	Màng RO	Cái	10
10	Lõi lọc 0.2um	Cái	2
11	Đồng hồ điện dẫn	Cái	1
12	Đèn cực tím 15W	Cái	1
13	Biến áp chuyển nguồn Balast	Cái	1
14	Dịch vụ cài chương trình phần mềm cho bộ PLC điều khiển hệ thống RO thận nhân tạo, serial: 018-1610180001A model: E4-6000, hãng ENTECH, nước sx Việt Nam.	Gói	1
15	Dịch vụ xét nghiệm nội độc tố theo ASNI/AAMI13959:2014 cho hệ thống RO thận nhân tạo	Lần	5
16	Dịch vụ xét nghiệm 23 tiêu chuẩn hóa học nước RO theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế.	Lần	5

Phụ lục 02:

MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT

(Kèm theo thư mời số /TB-BV ngày 05 tháng 3 năm 2025)

I. YÊU CẦU CỤ THỂ

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật
1	Giường nâng hạ điều khiển điện	<ul style="list-style-type: none">- Giường có chức năng điều khiển nâng hạ đầu, chân, chiều cao, nghiêng toàn thân.- Chất liệu nệm: Nệm mút xốp hoặc tương đương, đàn hồi tốt- Chất liệu da: Làm bằng da công nghiệp hoặc tương đương- Kết cấu khung: Làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương- Kích thước: 180 x 80 x 75 cm ± 10%- Số động cơ: ≥ 4 động cơ- Tính năng: Nâng hạ đầu, chân, chiều cao, nghiêng toàn thân
2	Cáng vận chuyển bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none">- Là loại cáng đa năng nâng hạ dùng tay quay- Kích thước 1900x640x550mm ± 10%- Có các chức năng của cáng: nâng hạ chiều cao, nâng hạ phần lưng, khớp gối- Khung cáng làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, được sơn lớp epoxy, có hỗ trợ kháng khuẩn- Có cọc truyền dịch làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có thể gấp lại khi không sử dụng- Đệm làm bằng vật liệu PU foam, chống tĩnh điện hoặc tương đương, chiều dày 80 cm ± 10%- Có giá đựng bình oxy và móc treo truyền dịch
3	Tủ thuốc cấp cứu di động	<ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: thép phủ nhựa hoặc tương đương+ Có cơ cấu mở trượt bằng bi lăn và có chốt khóa tại các ngăn+ Gồm ≥ 2 ngăn kéo kích thước khoảng ≥ 3 inch, ≥ 2 ngăn kéo kích thước khoảng ≥ 6 inch, ≥ 1 ngăn kéo kích thước khoảng ≥ 9 inch

		<ul style="list-style-type: none"> + Có bộ chia thuốc trong ngăn kéo có thể tùy chỉnh được + Có khóa trung tâm với chìa khóa trong trường hợp khẩn cấp - Có bàn viết, bàn mở rộng đi kèm có thể thu gọn lại - Có giá đựng đồ gắn trên tủ - Có tay đẩy gắn liền trên tủ - Bánh xe có đường kính khoảng ≥ 5 inch, trong đó có ≥ 2 bánh xe có khóa - Kích thước tổng thể: 600 mm x 580 mm x 1000 mm $\pm 10\%$ - Kích thước mặt bàn (mặt trên cùng của xe): 550 mm x 520 mm $\pm 10\%$
4	Xe tiêm 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Là xe đẩy y tế có 3 tầng, có ≥ 2 ngăn chứa đồ - Kích thước 625x475x920mm $\pm 10\%$ - Toàn bộ thân xe được làm bằng vật liệu nhựa ABS chịu lực hoặc tương đương - Có bánh xe đẩy, được làm bằng vật liệu nhựa ABS hoặc tương đương - Có ≥ 2 thùng đựng rác
5	Hệ thống RO di động dùng cho lọc thận	<ul style="list-style-type: none"> - Là hệ thống xử lý nước thẩm thấu ngược hoàn chỉnh được thiết kế để hoạt động cung cấp trực tiếp. - Cấu hình tối thiểu bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Tủ máy chính: 01 máy + Thiết bị siêu lọc tinh 1 micro: 01 bộ + Thiết bị than hoạt tính nén: 01 bộ + Bộ lõi lọc 3 cấp: 01 bộ + Đèn UV khử khuẩn: 01 cái + Bình tích: 01 cái + Bộ siêu lọc UF: 01 bộ + Bơm tăng áp: 02 bơm + Màng RO: 02 bộ - Kích thước: 1500x750x600mm $\pm 10\%$ - Lưu lượng nước đầu ra đạt $\geq 90L/giờ$ - Chịu được dòng chảy đầu vào ≥ 6 bar - Nguồn nước đầu vào: nước sinh hoạt

		<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo tiêu chuẩn nước đầu ra đạt chuẩn theo ASNI/AAMI 13959:2014 và tiêu chuẩn nước RO theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế
6	Bộ điều khiển PLC cho hệ thống lọc RO	<ul style="list-style-type: none"> - Loại CPU 1212C DC/DC/DC - Điện áp nguồn cấp 20.4 – 28.8 VDC - Số lượng đầu vào số: 8 DI, 24VDC - Số lượng đầu ra số: 6 DO, Relay, 2A - Số lượng đầu vào tương tự: 2 AI, 0-10VDC - Tốc độ xử lý 0.08 µs/lệnh bit - Tương thích hoàn toàn với hệ thống lọc RO model: E4-6000/E8-6000 hãng Entech, Việt Nam
7	Lõi lọc 3 cấp	<p>Gồm 3 lõi lọc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc kích thước 5 micron làm bằng sợi poly tổng hợp được nén chặt hoặc tương đương - Lõi lọc được làm bằng than hoạt tính để hấp thu các thành phần arsen có trong nước và các clo, chlorine và các chất dầu mỡ thông thường. - Lõi lọc kích thước 1 micron làm bằng sợi polypropylene hoặc tương đương được ép lại với mật độ cao để loại bỏ các hoạt chất kích thước 1 micron.
8	Van điều khiển tự động	<ul style="list-style-type: none"> - Van dùng để điều khiển hệ thống các cột lọc nước RO, có thể hoạt động dưới áp lực $\geq 0,6\text{ MPa}$ - Có thể thiết lập súc rửa theo yêu cầu - Có chức năng khoá liên động, có thể dừng hoạt động sau 1 phút không sử dụng - Nguồn điện đầu vào $24\text{V} \pm 5\%$ - Nhiệt độ làm việc từ $\leq 5^\circ\text{C}$ đến $\geq 50^\circ\text{C}$ - Lưu lượng tối đa $\geq 16 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Kích thước đầu kết nối 4 inch $\pm 5\%$
9	Màng RO	<ul style="list-style-type: none"> - Màng lọc RO loại bỏ chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết nhưng không làm thay đổi tính lý – hóa của nó - Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt $0,0001$ micron $\pm 5\%$ - Áp suất sử dụng $\geq 70 \text{ psi}$

		<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ hoạt động \geq 40 độ C
10	Lõi lọc 0.2um	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm bằng màng lọc gấp nếp polypropylene hoặc tương đương, có khe lọc đạt 0.2um - Chiều dài: 20 inch \pm 5% - Áp suất làm việc tối đa \geq 3.4 bar - Lưu lượng nước tối đa \geq 600 Lpm
11	Đồng hồ điện dẫn	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ đo độ dẫn điện trong nước - Dải đo từ 0 đến \geq 1999 μS/cm hoặc 0 đến \geq 999 ppm - Có thể chuyển đổi hiển thị giữa μS/cm và ppm. - Độ nhạy 0.01 μS.cm \pm 5%
12	Đèn cực tím 15W	<ul style="list-style-type: none"> - Đèn dùng để khử khuẩn bằng tia cực tím, loại bóng ống tròn, chất liệu khung bằng nhôm hoặc tương đương. - Là loại bóng đèn có 4 chấu – 1 đầu - Công suất 15W \pm 5%
13	Biến áp chuyển nguồn Balast	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để chuyển nguồn cấp cho bóng đèn cực tím - Thích hợp với loại bóng đèn có 4 chấu – 1 đầu - Điện áp đầu vào 220-240V \pm 5%
14	Dịch vụ cài chương trình phần mềm cho bộ PLC điều khiển hệ thống RO thận nhân tạo, serial: 018-1610180001A model: E4-6000, hãng ENTECH, nước sx Việt Nam.	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ cài chương trình phần mềm cho bộ PLC điều khiển hệ thống RO thận nhân tạo, serial: 018-1610180001A model: E4-6000, hãng ENTECH, nước sx Việt Nam. - Đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường, ổn định
15	Dịch vụ xét nghiệm nội độc tố theo ASNI/AAMI13959:2014 cho hệ thống RO thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ xét nghiệm nội độc tố nước chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn ASNI/AAMI 13959:2014
16	Dịch vụ xét nghiệm 23 tiêu chuẩn hoá học nước RO theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế.	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ xét nghiệm 23 tiêu chuẩn hoá học nước RO theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

II. YÊU CẦU KHÁC

- Thời gian bảo hành của hàng hoá từ mục 1 đến mục 13 tối thiểu 3 tháng

- Hàng sản xuất, Nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) **phải** lập bảng đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, thiết bị do đơn vị chào vào cột 3, **đảm bảo theo đúng thứ tự** tại Cột 2 theo yêu cầu của Bệnh viện tại **Phụ lục này**.

- Bệnh viện TWQĐ 108 đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị của các đơn vị chào dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật **do đơn vị tự kê khai**, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật nêu tại cột 3 **phụ lục này** là các thông số yêu cầu tham khảo để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Các đơn vị có thể chào loại thiết bị, hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

+ Nếu thông số kỹ thuật các đơn vị chào giá đáp ứng: Nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của Thiết bị.

+ Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của Thiết bị kèm theo thuyết minh/lý giải.

+ Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu thuyết minh cụ thể.

- Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào **không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu**, **Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá** và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị, Bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị để phù hợp với thực tế thiết bị, hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả khám, điều trị tại Bệnh viện.

- Các Đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) **và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật**. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá và **gửi kèm theo USB lưu trữ** các tài liệu chào giá, cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị.

Các đơn vị chỉ rõ trong bảng từng tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào, trang nào, thuộc Catalogue (tài liệu) và **dùng bút đánh dấu (bút dạ quang) lên các file cho các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa** theo yêu cầu đơn vị cung cấp kèm báo giá để Bệnh viện tiếp cận được thông tin cần thiết.



Phụ lục: 03

Mẫu báo giá cho các trang thiết bị và dịch vụ liên quan

(Kèm theo thư mời số 1256/TB-BV ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hàng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hàng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

TT		Danh mục hàng hóa ⁽²⁾	Model ⁽³⁾	Hàng Sản xuất ⁽³⁾	Nước Sản xuất/Xuất xứ ⁽⁶⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Số lượng/Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Đơn giá trúng thầu gần nhất ⁽¹³⁾ (Nếu có) (VNĐ)	Tài liệu tham chiếu Đơn giá trúng thầu gần nhất ⁽¹⁴⁾ (Nếu có) (VNĐ)
BV mời	Nhà thầu													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các trang thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm... .
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

⁽¹⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hàng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú⁽¹²⁾.

⁽²⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

⁽³⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hàng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chung loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

⁽⁴⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

^{(5), (6)} Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

⁽⁷⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

⁽⁸⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

⁽⁹⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

⁽¹⁰⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hàng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

⁽¹¹⁾ Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hàng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

⁽¹²⁾ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hàng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

⁽¹³⁾ Đơn vị điền đơn giá trúng thầu gần nhất trong vòng 120 ngày (nếu có) của trang thiết bị tương tự chào cho Bệnh viện

⁽¹⁴⁾ Đơn vị điền các loại văn bản; số văn bản, ngày văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các cơ sở y tế ban hành.